使用方法

磨耗した杖先ゴムをはずし、新しい取替えゴムを杖の先に取り付けてください。

※杖先ゴムがはずれないように、強く押し込んでください。
※杖の外径に応じてインナーをはずしてご使用ください。

インナーあり
（対応杖外径：約16mm）



インナーなし
（対応杖外径：約19mm）



ご注意

杖先ゴムが磨耗したまま使用すると危険です。定期的に点検し、交換してください。

対応品番						
EP02	EP03	EP06	EP07	EP08	EP09	EP13
EP-104	EP-106	EP-107	EP-108	EP-109	EOP06	EOP07
EOP08	EOP09	EOP-105	EOP-106	EOP-107	EOP-109	EN12
EON12	E234	E334	E-205	E-233	E-248	E-258
E-268A	E-268D	E-268F				

○ご使用の前に裏面の取扱説明書をよくお読みください。

材質：合成ゴム

紙：台紙　袋：袋

MADE IN TAIWAN

福祉用具総合メーカー
株式会社 幸和製作所
〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町３丁159番地1
【カスタマーサポート】10時～17時(土・日・祝日を除く)
フリーコール 0120-508-058
フリーコール　コーワ　オーコーワ